

兰州大学 实验室安全隐患限期整改通知书

编号：2021-017

生命科学学院：

学校于 2021 年 3 月 10-12 日实验室安全检查中发现你单位存在以下安全隐患，现通知你们，请于 2021 年 3 月 22 日前完成整改，并将整改情况书面报实验室与设备管理处。

序号	检查位置及房间号	存在的安全问题
1	逸夫生物楼 1204B	废液桶堆放，门不能正常打开
2	逸夫生物楼 1203B	废液桶堆放，部分废液桶无标签
3	逸夫生物楼 1101A	实验室存放食品，试剂瓶堆积过高未整理
4	逸夫生物楼 1103A	废液桶无标签
5	逸夫生物楼 1009B	高压灭菌锅使用记录不规范
6	逸夫生物楼 1003A	废液桶无标签
7	逸夫生物楼 1001B	高压灭菌锅使用记录不规范
8	逸夫生物楼 903A	废液桶标签不明显
9	逸夫生物楼 723	物品堵塞门口
10	逸夫生物楼 701B	高压灭菌锅无使用记录
11	逸夫生物楼 607A	高压灭菌锅无使用记录
12	逸夫生物楼 503B	废液桶标签不明确
13	天演楼 215	钢瓶未固定，没有标签
14	天演楼 333	电源插座放在烘箱上
15	天演楼 202	高压灭菌锅无使用记录
16		
17		
18		
19		

注：本通知书一式两份，检查单位和被检查单位各执一份。

实验室与设备管理处

2021年3月15日

